

Zapytanie z dnia 21.08.2017 r. i odpowiedzi.

- Czy urządzenie EEG biofeedback powinno być dwukanałowe czy czterokanałowe?

Dwukanałowe.

- Czy zestaw biofeedback powinien być wyposażony w moduł QEEG (analizy diagnostycznej)?

Zestaw powinien być wyposażony w moduł analizy diagnostycznej.

- Czy do urządzenia powinien być dołączony zestaw komputerowy (laptop/komputer stacjonarny, monitory dla terapeuty i trenującego itd.) – jeśli tak, to proszę o podanie specyfikacji technicznej.

Zestaw komputerowy nie wchodzi w zakres zamówienia.