

Dotyczy: zapytania do ogłoszenia nr 572925-N-2017 z dnia 21.08.2017r.

Zadania nr4 – zakup wyposażania Sali rehabilitacyjnej , Sali polisensorycznej , Sali indywidualnych zajęć – dostawa urządzenia EEG Biofeedback dla Szkoły Podstawowej w Lubaszu.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) Czy urządzenie powinno posiadać funkcję Streaming Video umożliwiające wykorzystanie filmów terapeutycznych z portali typu Youtube do prowadzenia terapii, co daje możliwość posiadania nieograniczonej ilości materiału terapeutycznego?
- 2) Czy urządzenie biofeedback powinno posiadać możliwość rozbudowy o czujnik HEG Biofeedback w technologii niR i pIR ?

Zestaw HEG Biofeedback jest dedykowany głównie dla osób z dużą nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) i zamiast tradycyjnego montażu elektrod EEG na głowie, wykorzystywana jest opaska z wbudowanym czujnikiem podczerwieni. Sposób montażu jest znacznie szybszy i łatwiejszy a terapia trwa ok 30 min. Terapia metodą HEG Biofeedback jest często stosowana w warunkach szkolnych z uwagi na uczniów z ADHD ale również z uwagi na ograniczoną ilość czasu na prowadzenie zajęć terapeutycznych.

- 3) Czy zestaw Biofeedback powinien posiadać okres gwarancji 36 miesięcy?

Standardowo każdy producent dostarcza zestaw z 24-miesięczną gwarancją jak dla aparatury medycznej. Okres gwarancji można wydłużyć o kolejny rok, ale wpłynie to na koszt zakupu urządzenia (przedłużenie o kolejny rok kosztuje 1900 zł brutto).

Wnioskujemy również o wprowadzenie następujących zmian do wzoru umowy (projekt 8d) :

1) § 8. Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi – pkt 7

Wnioskujemy o wydłużenie czasu na naprawę do 21 dni ale tylko w przypadku gdy naprawa gwarancyjna będzie wymagać importu części z zagranicy.

2) § 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Stosowanie tego typu klauzuli jest zrozumiałe ale stosowane jest z reguły w kontraktach o wysokiej nieprzewidywalności efektów działań dostawcy (np. w budownictwie). W przypadku dostawy systemu Biofeedback nie ma takiego ryzyka ponieważ Zamawiający ma pewność prawidłowego działania systemu już w trakcie instalacji i wdrożenia potwierdzonego protokołem. Wnioskujemy o wycofanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zmniejszenie jego wartości do 5% ceny netto na umowie. Podatek VAT nie jest przychodem Wykonawcy tylko podatkiem od wartości dodanej.