

Moje pytanie dotyczy Specyfikacji technicznej urządzenia EEG-BIOFEEDBACK (Załącznik nr 1d do SIWZ "Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz - Zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego; Zakup wyposażenia sali rehabilitacyjnej, sali polisensorycznej, sali indywidualnych zajęć; Zakup wyposażenia do pracowni matematyczno - przyrodniczych; Zakup wyposażenia do pracowni językowych").

Nasze uwagi:

1. Czujnik EEG-Z jest nazwą własną jednego sprzętu. W specyfikacji powinno być użyte sformułowanie „aparatura EEG z funkcją sprawdzania impedancji”. Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmiany w treści SIWZ, aby przetarg umożliwił uczciwą konkurencję, ewentualnie czy Zamawiający przewiduje możliwość dostarczenia czujnika spełniającego tą sama funkcję, ale o innej nazwie własnej?

2. TT-USB jest nazwą własną. Ponadto, na rynku istnieją nowsze urządzenia z bezprzewodową komunikacją o takiej samej jakości przesyłu danych np. poprzez łączność bluetooth (zamiast kabla optycznego). Wnoskujemy o usunięcie sformułowań „TT-USB” oraz „przewód optyczny” ze specyfikacji. Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmiany w treści SIWZ, aby przetarg umożliwił uczciwą konkurencję, ewentualnie czy Zamawiający przewiduje możliwość dostarczenia sprzętu spełniającego tą sama funkcję, ale o innej nazwie własnej?